

## **Odpowiedź nr 1**

**Otrzymują:  
/Wszyscy oferenci  
uczestniczący w postępowaniu/**

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Produktów farmaceutycznych, medycznych, opatrunków” ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

Nasz znak: GZOZ/212/08

Czchów, dnia 16.12.2008 r.

**Dotyczy: zapytania jednego z oferentów.**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy zadania nr 2 poz. 6, 7**

Czy zamawiający miał na myśli cewniki do odsysania o długości 500 mm? Czy cewnik ma posiadać otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne?

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy zadania nr 2 poz. 8-14, 23-26**

Czy zamawiający wyraża zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt.= 1opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy zadania nr 2 poz. 20**

Czy zamawiający dopuści pudełka na zużyty sprzęt jednorazowy o poj. 0,7 l?

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy zadania nr 2 poz. 30-32**

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art.30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadając temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm od zamawianych wg w/w normy na podstawie art. 29 ust. 3 i art. 1 ustawy?

## **Pytanie nr 5**

### **Dotyczy zadania nr 2 poz. 36,37**

Czy zamawiający miał na myśli zgłębnik żołądkowy o długości 1250 mm?

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczącego w/wym. zagadnień poniższym informuję:

**Ad. 1** Zamawiający miał na myśli cewniki do odsysania o długości 500 mm. Cewnik ma posiadać otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne.

**Ad. 2** Zamawiający wyraża zgodę na podanie w Zadaniu nr 2 poz. 8-14 i 23-26 ceny za 100 szt.= 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza pudełka na zużyty sprzęt jednorazowy o poj. 0,7 l.

**Ad. 4** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp.

**Ad. 5** Zamawiający miał na myśli zgłębnik żołądkowy o długości 1250 mm.