

Odpowiedź nr 3

**Otrzymują:
/Wszyscy oferenci
uczestniczący w postępowaniu/**

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Produktów farmaceutycznych, medycznych, opatrunków” ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

Nasz znak: GZOZ/214/08

Czchów, dnia 18.12.2008 r.

Dotyczy: zapytania jednego z oferentów.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 3

Czy zamawiający wymaga, aby chłonność oferowanych pieluchomajtek została potwierdzona dokumentem wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą?

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczącego w/wym. zagadnień poniższym informuję:

Ad. 1 Zamawiający wymaga aby chłonność oferowanych pieluchomajtek została podana według norm ISO 11948.