

**Otrzymują:**

**/Wszyscy oferenci  
uczestniczący w postępowaniu/**

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Mebli medycznych” dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

**Nasz znak: GZOZ/308/09**

**Czchów, dnia 01.12.2009 r.**

**Dotyczy: zapytania jednego z oferentów.**

**Pytanie nr 1**

**1. poz. nr 1, pkt. 8:**

Prosimy o określenie jaką wysokość ma posiadać materac do łóżka szpitalnego?

**Pytanie nr 2**

**2. poz. nr 4:**

Prosimy o określenie jaką wysokość ma posiadać materac do łóżka szpitalnego?

**Pytanie nr 3**

**3. poz. nr 1:**

Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości 960 mm?

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczącego w/wym. zagadnień poniższym informuję:

Ad. 1 Materac do łóżka szpitalnego ma posiadać wysokość min. 10 cm.

Ad. 2 Materac do łóżka szpitalnego ma posiadać wysokość min. 10 cm.

Ad. 3 Tak, z dopasowanym do jego rozmiarów materacem.