

Otrzymują:

**/Wszyscy oferenci
uczestniczący w postępowaniu/**

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Mebli medycznych” dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

Nasz znak: GZOZ/308/09

Czchów, dnia 01.12.2009 r.

Dotyczy: zapytania jednego z oferentów.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści barierki wsuwane ze stali kwasoodpornej zabezpieczające pacjenta na całej długości łóżka?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający pod pojęciem „uchwyt uniwersalny” rozumie wysięgnik z uchwytem ręki?

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczącego w/wym. zagadnień poniższym informuję:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza barierki wsuwane, warunek; muszą zabezpieczać pacjenta na całej długości łóżka.

Ad. 2 Nie, uchwyt na worek z moczem.