

Otrzymują:

**/Wszyscy oferenci
uczestniczący w postępowaniu/**

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Mebli medycznych” dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

Nasz znak: GZOZ/308/09

Czchów, dnia 01.12.2009 r.

Dotyczy: zmiany odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów.

Pytanie nr 3

poz. nr 1:

Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości 960 mm?

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczącego w/wym. zagadnień poniższym informuję: że zmianie ulega odpowiedź na powyższe zapytanie :

Cyt. – jest „Ad. 3 Tak, z dopasowanym do jego rozmiarów materacem”

Zmienia treść na:

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza łóżka szpitalnego o szerokości 960 mm. Proszę o podanie łóżka zgodnego ze specyfikacją tj. maksymalna szer. łóżka wynosi 950 mm.