

## CPV 33192000-6 Meble medyczne

## 1. Łóżka szpitalne - szt 20

Producent: .....

Kraj pochodzenia: .....

Oferowany model: .....

Rok produkcji : 2009.r.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	Parametry i warunki wymagane	WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	Parametry oferowane TAK/NIE
<b>I</b>	<b>Łóżka szpitalne fabrycznie nowe</b>	TAK	
1	Wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia	TAK	
2	Leże łóżka 2 segmentowe wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym	TAK	
3	Rozmiar łóżka: -długość min.2010mm, -szerokość max. 950 mm, -wysokość leża od podłogi 600 mm ( +/- 50mm )	TAK	
4	Wyjmowane wypełnienia szczytów łóżka wykonane z płyty meblowej	TAK	
5	Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0°-75° (+/- 5°)	TAK	
6	4 koła jezdne o średnicy min.125mm, w tym 2 z blokadą	TAK	
7	W narożach łóżka krążki odbojowe	TAK	
8	Wyposażenie: - barierki boczne chromowane zabezpieczające pacjenta na całej długości, montowane za pomocą uchwytów do szczytów łóżka – szt 2, -uchwyt uniwersalny- szt 1, -materac dopasowany do wymiaru łóżka w pokrowcu z tkaniny zmywalnej, paroprzepuszczalnej	TAK	
<b>II</b>	<b>Wymagania inne</b>	-	
10	Deklaracja zgodności, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
11	Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych wymaganych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
12	Gwarancja min.12 miesięcy	TAK	

## 2. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- szt 20

Producent: .....  
 Kraj pochodzenia: .....  
 Oferowany model: .....  
 Rok produkcji : 2009.r.

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	Parametry i warunki wymagane	WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	Parametry oferowane TAK/NIE
<b>I</b>	<b>Szafka przyłóżkowa fabrycznie nowa</b>	TAK	
1	Wykonana z konstrukcji metalowej malowanej proszkowo	TAK	
2	Szuflada i drzwiczki otwierane jednostronnie	TAK	
3	Błat szafki oraz blat boczny wykonany z płyty meblowej lub z tworzywa	TAK	
	Błat boczny z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia	TAK	
4	5 kołek jezdnych w tym 2 z blokadą oraz 1 dodatkowe z blokadą zwiększające stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym	TAK	
5	Wymiary min: -wysokość 80 cm, -szerokość 40 cm/40 cm	TAK	
6	Pod konstrukcją szafki dodatkowa półka na obuwie wykonana z metalu	TAK	
6	Wyposażenie: haczyki na ręczniki	TAK	
<b>II</b>	<b>Wymagania inne</b>	-	
4	Deklaracja zgodności, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
5	Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych wymaganych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
6	Gwarancja min.12 miesięcy	TAK	

## 3. Stolik przyłóżkowy - szt 20

Producent: .....  
 Kraj pochodzenia: .....  
 Oferowany model: .....  
 Rok produkcji : 2009.r.

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	Parametry i warunki wymagane	WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	Parametry oferowane TAK/NIE
<b>I</b>	<b>Stolik przyłóżkowy fabrycznie nowy</b>	TAK	

1	Wykonana z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo	TAK	
2	Błat z płyty meblowej lub z tworzywa	TAK	
3	4 koła jezdne w tym 2 z blokadą	TAK	
4	Regulacja wysokości	TAK	
5	Regulacja kąta nachylenia blatu	TAK	
	Wymiary min. wysokość- 750 mm, wymiary blatu min.350 x750 mm	TAK	
<b>II</b>	<b>Wymagania inne</b>	-	
4	Deklaracja zgodności, Wpis do Rejestru wyrobów medycznych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
5	Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych wymaganych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
6	Gwarancja min.12 miesięcy	TAK	

#### 4. Materac do łóżka szpitalnego - szt 40

Producent: .....

Kraj pochodzenia: .....

Oferowany model: .....

Rok produkcji : 2009.r.

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	Parametry i warunki wymagane	WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE	Parametry oferowane TAK/NIE
<b>I</b>	<b>Materac fabrycznie nowy</b>	TAK	
1	Wykonany z pianki	TAK	
2	Rozmiar materaca min.900 x 2000 mm	TAK	
3	Materac wyposażony w pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej, zmywalny odporny na środki dezynfekcyjne, zamykany na suwak	TAK	
<b>II</b>	<b>Wymagania inne</b>	-	
4	Deklaracja zgodności,	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
5	Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych wymaganych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
6	Gwarancja min.12 miesięcy	TAK	

#### 5. Wózek do brudnej bielizny - szt 2

Producent: .....

Kraj pochodzenia: .....

Oferowany model: .....

Rok produkcji : 2009.r.

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	Parametry i warunki wymagane	WYMOGI GRANICZNE	Parametry oferowane
----	------------------------------	------------------	---------------------

		TAK/NIE	TAK/NIE
<b>I</b>	<b>Wózek fabrycznie nowy</b>	TAK	
1	Wykonany z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kółkach jezdnych	TAK	
2	Wyposażony w dwa worki o poj. 120L z przykryciem	TAK	
5	Wymiary min: -wysokość 100 cm, -szerokość 80 cm/50 cm	TAK	
<b>II</b>	<b>Wymagania inne</b>	-	
4	Deklaracja zgodności,	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
5	Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych wymaganych	TAK	<i>dołączyć do oferty</i>
6	Gwarancja min.12 miesięcy	TAK	

**UWAGA:1/ w kolumnie „Parametr i warunki wymagane” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

**2/ oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.**

**3/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru szczytów łóżek, szafek oraz stolików.**

Lp	Nazwa asortymentu	Ilość szt	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT w %	VAT w PLN	Wartość brutto w PLN
1	Łóżko szpitalne model.....	20					
2	Szafka przyłóżkowa model.....	20					
3	Stolik przyłóżkowy model.....	20					
4	Materac do łóżek szpitalnych model.....	40					
5	Wózek do brudnej bielizny model.....	2					
			<b>Razem</b>				

.....  
/podpis i pieczęć oferenta/

